

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>		EP-3388
	LÍNEA CLÍNICA <i>CLINIC PRODUCTS</i>		Rev.02
			07/07/2026
			Página 1 de 1

1 PRODUCTO *PRODUCT*

Referencia *Code* 3387

Nombre *Name* **VENTURA TOP 2.0 CATALYST GEL - 60 ml**

2 DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*

Tipo de material *Type of material* Gel catalizador *Catalyst gel.*

Clasificación *Classification* Producto Sanitario de Clase I. *Class I Medical Device.*

Norma *Standard* ISO 4823

3 PROPIEDADES *PROPERTIES*

Tiempo de mezcla con silicona Putty *Mixing time with Putty silicone* 30"

Tiempo de mezcla con silicona Light *Mixing time with Light silicone* 30"

Tiempo de trabajo con silicona Putty *Working time with Putty silicone* 1'15"

Tiempo de trabajo con silicona Light *Working time with Light silicone* 1'30"

Ratio de mezcla catalizador – silicona Putty *Mixing ratio catalyst – Putty silicone* Catalizador 2 % en peso
Catalyst 2 % in weight

Ratio de mezcla catalizador – silicona Light *Mixing ratio catalyst – Light silicone* Catalizador 28 % en peso
Catalyst 28 % in weight

Color *Colour* Rojo *Red*

Consistencia (mm) *Consistency (mm)* > 35

4 ALMACENAMIENTO *STORAGE*

Temperatura de almacenamiento recomendada *Recommended storage temperature* 10 °C (50 °F) – 25 °C (77 °F)

Vida útil *Shelf life* 3 años *3 years*

5 ENVASADO *PACKAGING*

Caja que indica número de lote y fecha de caducidad, que contiene:

Box indicating lot number y and expiry date, which contains:

- Envase de 60 ml que indica número de lote y fecha de caducidad.
60 ml container indicating lot number and expiry date.
- Instrucciones de uso.
Instructions for use.