

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>		EP-3404
	LÍNEA CLÍNICA <i>CLINIC PRODUCTS</i>		Revisión 02
			28/10/2025
			Página 1 de 1

1 PRODUCTO <i>PRODUCT</i>	
Referencia <i>Code</i>	3404
Nombre <i>Name</i>	VENTURA TOP 2.0 KIT

2 DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	
Tipo de material <i>Type of material</i>	Kit de siliconas de condensación <i>Condensation Silicones Kit</i>
Clasificación <i>Classification</i>	Producto Sanitario de Clase I <i>Class I Medical Device</i>
Norma <i>Standard</i>	ISO 4823

3 COMPONENTES <i>COMPONENTS</i>	
	Especificación de producto <i>Product specification</i>
Ventura Top 2.0 Putty	EP-3386
Ventura Top 2.0 Light	EP-3387
Ventura Top 2.0 Catalyst	EP-3388
Dosificador para Top 2.0 Putty / <i>Scoop for Top 2.0 Putty</i>	N/A

4 ALMACENAMIENTO <i>STORAGE</i>	
Temperatura de almacenamiento recomendada <i>Recommended storage temperature</i>	10 °C (50 °F) – 25 °C (77 °F)
Vida útil <i>Shelf life</i>	3 años <i>3 years</i>

5 ENVASADO <i>PACKAGING</i>
Caja que indica número de lote y fecha de caducidad, que contiene: <i>Box indicating lot number y and expiry date, which contains:</i> 1 dosificador <i>1 scoop.</i> - Resto de los componentes indicando número de lote y fecha de caducidad. <i>Rest of the components indicating lot number and expiry date.</i> - Instrucciones de uso. <i>Instructions for use.</i>